



## Especificaciones para compra D122339.-

- 1 kit de standards de calibración para turbidímetro DensiCHEK™ Plus
- 100 g de tinción verde malaquita
- 1 caja (10 viales) de suplemento selectivo para Chromocult - **debe ser marca Merck, ya que se va a utilizar como complemento de un medio de esa marca ya existente en el laboratorio**
- 1 caja (10 viales) de suplemento de enriquecimiento para Chromocult - **debe ser marca Merck, ya que se va a utilizar como complemento de un medio de esa marca ya existente en el laboratorio**
- 2 unidades de cinta auto adhesiva para control de esterilización por autoclave.
- 1 caja (100 unidades) Indicador biológico de esterilidad por vapor

Se valoran medios probados y aprobados en el laboratorio que cumplan con las especificaciones de calidad interna.

De tratarse de marcas nuevas, o medios con formulaciones nuevas que no han sido probadas en el laboratorio, deben presentar muestra para la evaluación de calidad, y obtener la aprobación técnica como requisito para ser aprobada la compra desde el punto de vista técnico.

En el caso de complementos o reactivos para medios de cultivo, se valoran sólo complementos de la misma marca que el medio de cultivo al cual complementa, en



todos los casos, según lo recomendado en las normas internacionales y en la especificación interna del laboratorio.

- Se exige vida útil mínima de 2 años, excepto aquéllos que, de origen, presenten vida útil menor, demostrable.

- Se valora plazo de entrega menor.

- Documentación exigida al fabricante:

- \* Ficha de datos técnicos.

- \* Datos de seguridad y/o peligro cuando sean necesarios.

- \* N° de lote.

- \* pH final del medio completo.

- \* Información sobre condiciones de almacenamiento.

- \* Fecha de caducidad.

- \* Certificado de control de calidad (que describa los microorganismos de ensayo, así como los resultados de rendimiento y criterios de aceptación).